

מספר הנוהל: 07-0151 בתוקף מתאריך: 21.11.2012 מהדורה: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 1 מתוך 1	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל נהלים	
	בטיחות בעבודה עם גורמים ביולוגיים במעבדות הטכניון	

נספח ב' - הוראות בטיחות לטיפול בכלים וציוד המיועדים לשימוש חוזר במעבדה

יש להבטיח כי כלים מעבדתיים יהיו מנוטרלים מבחינה כימית רדיו-אקטיבית וביולוגית לפני מסירתם לרחיצה/שטיפה.

1. בכל מעבדה יש להקצות מיכל איסוף לכלים המיועדים לרחצה.
2. יש להקפיד לא למסור כלי-זכוכית פגומים לרחצה.
3. להסרת שאריות שומניות יש להשתמש בממיסים שלא מתלקחים.