

מספר הנוהל: 07-0151 בתוקף מתאריך: 21.11.2012 מהדורה: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 1 מתוך 1	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל נהלים	
בטיחות בעבודה עם גורמים ביולוגיים במעבדות הטכניון		

נספח ג' - הוראות בטיחות לטיפול בציוד וכלים המיועדים להעברה לתחזוקה או לתיקון

1. הסר שאריות חומר ביולוגי מהמכשיר.
2. נקה את המכשיר (במידה ואפשר) במים חמים וסבון וגרד שאריות במידת הצורך.
3. רסס תמיסת אקונומיקה מהולה 10:1 והשאר כ-15 דקות. במידה והמשטח מתכתי (האקונומיקה קורוזיבית) יש לנקות אח"כ במים.
4. ציוד מעבדה שניתן לעיקור ע"י אוטוקלאב (פיפטורים וכד') יש להעדיף דרך חיטוי זו בטרם הוצאתם לתיקון.
5. אם האמצעים הנ"ל מזיקים למכשיר/ציוד המיועד לתיקון יש להתייעץ עם יחידת הבטיחות באשר לאמצעי החיטוי בו יש להשתמש.
6. במידה והמנדף הביולוגי כולו זקוק לחיטוי לפני תיקון יש להתייעץ עם יחידת הבטיחות וחברה המתמחה בכך.